Seahonence Bed™

特殊・専門ベッド

SD-9000 シリーズ

取扱説明書 保証書付



※イラストはSD-9090LTです

ベッドを正しくお使いいただくために シーホネンスからのお願い

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書にはご使用上の注意事項や操作方法が記載されています。
- **ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使いください。**
- ベッドを使用される方ばかりでなく、付き添いの方にも安全な操作方法を説明してください。
- お読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問合せください。

もくじ

- 安全にお使いいただくために …… 1〜5
  - 表示と絵表示について …… 1
  - 警告ラベルについて …… 1
  - 警告内容について …… 2〜3
  - 注意内容について …… 4〜5
- 仕　様 …… 6
- 主要部のなまえとはたらき …… 7
- 手元スイッチ …… 8〜9
  - なまえとはたらき …… 8
  - 操作のしかた …… 9
- 電源部・アクチュエーター部 …… 10
  - モーターシステムの構成 …… 10
  - グリーンランプについて …… 10
- キャスター …… 11〜12
  - トータルロックキャスター …… 11
  - 対角ロックキャスター …… 12
- コンパクト収納ハンドル …… 13
  - 操作のしかた …… 13
- 足ボトムの角度調節 …… 14
  - 操作のしかた …… 14
- ヘッド・フットボードの着脱 …… 15〜16
  - 着脱のしかた …… 15〜16
- オプション …… 17〜20
  - ベッドサイドレール …… 17
  - ＩＶポール …… 18
  - スライドテーブル …… 19
  - 記帳台付きフットボード …… 20
  - マットレス …… 20
- 日常のお手入れ …… 21
- 故障かな？と思ったら …… 21
- 長期保管について …… 22
- アフターサービス …… 22
- 保証書 …… 裏表紙

シーホネンス株式会社

はじめに

安全にお使いいただくために

必ずお読みください

必ずご使用前に『**安全にお使いいただくために**』をよくお読みになり正しくお使いください。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示と絵表示について

説明書の内容を無視し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を下の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警 告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が命にかかわるケガを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注 意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人がケガを負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

〔絵表示の例〕

感電注意	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図中の中に具体的な注意内容（左の図の場合には『感電注意』）が描かれています。
分解禁止	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容（左の図の場合には『分解禁止』）が描かれています。
必ず守る	❗記号は、必ず実行していただく強制の内容があることを告げるものです。左図は、「必ず守る」を示します。

ベッドのご使用時には、下記の項目の『警告』および『禁止』を必ずお読みください。

■警告ラベルについて ☞1ページ参照
■警告内容について ☞2～3ページ参照
■注意内容について ☞4～5ページ参照

警告ラベルについて

ベッドをお使いの方に対して、特に注意していただきたいことをラベルにして、各ユニットなどに貼っています。

●警告ラベルは、はがしたり傷をつけたりしないでください。

警告

以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守ってください。守らなければ人が生命にかかわるケガを負う可能性が想定されます。

●分解、改造はしない

分解禁止

事故、破損の原因となります。手元スイッチや電源ボックスなどを分解・改造しないでください。
また、弊社指定の技術者以外の方は、絶対に修理しないでください。



●お手入れは電源プラグを抜いてからおこなう

プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
事故、破損の原因となります。

●電源プラグの点検

感電注意

火災、感電の原因となります。
電源プラグを定期的にコンセントから抜いて、乾いた布で、刃およびその取付け面を拭いてください。
電源プラグにホコリが付着していると、水分を含んで電流が流れ、絶縁不良を起こしやすくなり、発火するおそれがあります。

●うつ伏せで背上げ操作をしない

禁 止

事故、ケガの原因となります。
うつ伏せで寝た状態での背上げ操作は関節を逆さに曲げることになり、ケガの原因になります。



●ベッドの中やフレームの間にもぐりこまない

禁 止

ベッドの可動部分（ボトムなど）とフレームやベッドサイドレールとの間に頭や、腕や足を挟むとケガの原因となります。
ベッドの中にもぐり込んだり、ベッドの中に頭、腕や足などを入れないでください。ベッドの下や周りに障害物がないか確認して操作してください。



●踏み台代わりにしたり、ベッドの上で飛び跳ねない

禁 止

ベッドからの転落、転倒してケガの原因となります。
特にお子さまにご注意ください。



●ベッドサイドレール、ヘッド・フットボードのすき間に注意する

必ず守る

事故、ケガの原因となります。ベッドサイドレールや、ヘッド・フットボード各部のすき間に頭や首が入らないよう注意してください。すき間に入ると抜けなくなり、ケガをするおそれがあります。

●手や足などを挟まれないように注意する

必ず守る

事故、ケガの原因となります。ベッドの操作時には、頭や腕、足をベッドの外に出してベッドサイドレールや周辺の家具などに挟まれたりしないように十分注意してください。また、医師や、看護、介護される方も患者さんの身体の位置や、状態に注意しておこなってください。特に、ベッドの操作中は、ベッドフレーム、ボトムの下に手や足を入れないでください。

●足先をベースフレームの上や下に置かない

禁 止

足先を挟んでケガの原因となります。
ベースフレームの上に足をかけたり、足先をベースフレームの下に置いたりしないでください。



●誤操作による事故を防ぐために

必ず守る

お子さまや操作が理解できないと思われる方がおひとりで手元スイッチにふれる可能性がある場合は、目の届かない位置に保管、または手元スイッチをその都度抜いて誤操作による事故を未然に防いでください。

●症状にあわせて使用する

必ず守る

患者さんあるいはご家族の方が直接ベッドを操作される場合は、医師や看護する方から症状にあった使用方法について十分説明をうけたうえでご使用ください。症状によっては、ベッドの操作が症状を悪化させる場合があります。



●乳幼児には使用しない

禁 止

事故、ケガの原因となります。
このベッドは、大人用の設計になっています。乳幼児が使用しますとヘッド・フットボードやベッドサイドレールなどのすき間に挟まったり、すき間から転落する可能性がありますので絶対に使用しないでください。

注意　以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守ってください。守らなければ人がケガを負う可能性や物品的損害の発生が想定されます。

●コードを傷つけない

禁 止

事故、破損の原因となります。
手元スイッチを落としたり、手元スイッチのコードや電源コードを強く引っ張ったり、ベッドを操作するときにコードを挟まないようにしてください。



●電源コードを持って抜かない

感電注意

故障、感電の原因となります。
電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って、引き抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



●手元スイッチに水やジュースをこぼさない

感電注意

感電、事故、破損の原因となります。
手元スイッチは防水仕様ですが、むやみに水やジュースなどをこぼさないでください。
万一、液体がかかってしまった場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



●長時間使わないときは電源プラグを抜く

プラグを抜く

長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。



●ベッドを二人以上で使用しない

禁 止

事故、破損の原因となります。
このベッドの最大使用者体重は1350N（138kg）です。



●上がっている背ボトムや足ボトムに乗らない

禁 止

事故、破損の原因となります。



●高さ調節のとき、壁や梁に気をつけてください

必ず守る

ベッドの高さ調節で、前後に動きます。ご使用する際は、壁や梁に当たらないように確認してください。



●他社製品とは組み合わせない

禁 止

事故、破損の原因となります。
マットレス、ベッドサイドレールなどは他社製品を使わないでください。
必ず弊社適合商品をお使いください。

☞17～20ページ参照



●不安定な路面での移動はさける

禁 止

事故、破損の原因となります。
凹凸の激しい路面や、段差の大きな路面での移動はできるだけおこなわないでください。
もしそのような場所で移動される場合は、ベッド高さを少し上げてゆっくり移動させてください。

●スイッチ操作は慎重におこなう

必ず守る

事故、ケガの原因となります。
手元スイッチの操作は便利で簡単ですが、スイッチ操作時は、患者さんの身体位置、状態を確認しながらおこなってください。また、操作前にベッドの下および、ベッド周辺を十分にチェックしてからおこなってください。



●ボードストッパーは必ずかける

必ず実行

ボードストッパーは、必ずかけてご使用ください。
ベッド移動でボードを押す(引く)ときや身体を支えるためにボードにつかまったとき、外れると転倒してケガをするおそれがあります。



●ベッドからの転落に十分注意する

必ず守る

ベッドサイドレール使用時でも、ベッドサイドレールとベッドサイドレール、各ボードとベッドサイドレールのすき間から落下したり、ベッドサイドレールの上から身をのり出して落下して、ケガをするおそれがあります。



●ベッドサイドレールを持ってベッドを動かさない

禁 止

ベッドサイドレールを持ってベッドを動かさないでください。ベッドサイドレールに大きな力がかかり、変形・破損のおそれがあります。



仕　様

品　名		SD-9000(3モーター)シリーズ	
品　番		SD-9090LT	SD-9090C
寸法	全　長	209cm	
	全　幅	83cm (ボトム幅73cm)　【ワイドサイズ】89cm (ボトム幅78cm)	
	高　さ	35～65cm(床からボトム面の高さ)	
	キャスター	12.5cm双輪キャスター(トータルロック)	10cm双輪キャスター(対角ストッパー付キャスター)
材質	ヘッド･フットボードの材質	木製 (木目化粧シート貼り)、ウレタン塗装および鋼管製	
	コーナーバンパーの材質	ポリプロピレン樹脂成型品	
	ボトムの材質	ワイヤーメッシュボトム抗菌粉体塗装	
	メインフレームの材質	鋼板および鋼管抗菌粉体塗装	
	サイドモールの材質	PVC成型品	
最大使用者体重／安全使用荷重		1350N (138kg) /1700N (174kg)	
消費電力		170W以下	
電源		入力：AC100V 50/60Hz　/　出力：DC24V	
背上げ		駆動方式：アクチュエータ　/　背上げ角度：0～75度 (無段階) 連続使用時間：2分 (間欠18分)　/　モーター形式：DCモーター (24V)	
膝上げ		駆動方式：アクチュエータ　/　膝上げ角度：0～45度 (無段階) 連続使用時間：2分 (間欠18分)　/　モーター形式：DCモーター (24V)	
高さ調整		駆動方式：アクチュエータ　/　昇降距離：30cm 連続使用時間：2分 (間欠18分)　/　モーター形式：DCモーター (24V)	

品　名		SD-9000(2モーター)シリーズ
品　番		SD-9094C
寸法	全　長	209cm
	全　幅	83cm (ボトム幅73cm)　【ワイドサイズ】89cm (ボトム幅78cm)
	高　さ	50cm (床からボトム面の高さ)
	キャスター	10cm双輪キャスター (対角ストッパー付キャスター)
材質	ヘッド･フットボードの材質	木製 (木目化粧シート貼り)、ウレタン塗装および鋼管製
	コーナーバンパーの材質	ポリプロピレン樹脂成型品
	ボトムの材質	ワイヤーメッシュボトム抗菌粉体塗装
	メインフレームの材質	鋼板および鋼管抗菌粉体塗装
	サイドモールの材質	PVC成型品
最大使用者体重／安全使用荷重		1350N (138kg) /1700N (174kg)
消費電力		170W以下
電源		入力：AC100V 50/60Hz　/　出力：DC24V
背上げ		駆動方式：アクチュエータ　/　背上げ角度：0～75度 (無段階) 連続使用時間：2分 (間欠18分)　/　モーター形式：DCモーター (24V)
膝上げ		駆動方式：アクチュエータ　/　膝上げ角度：0～45度 (無段階) 連続使用時間：2分 (間欠18分)　/　モーター形式：DCモーター (24V)

品　名		SD-9000(2クランク)シリーズ
品　番		SD-9096C
寸法	全　長	209cm
	全　幅	83cm (ボトム幅73cm)　【ワイドサイズ】89cm (ボトム幅78cm)
	高　さ	50cm (床からボトム面の高さ)
	キャスター	10cm双輪キャスター (対角ストッパー付キャスター)
材質	ヘッド･フットボードの材質	木製 (木目化粧シート貼り)、ウレタン塗装および鋼管製
	コーナーバンパーの材質	ポリプロピレン樹脂成型品
	ボトムの材質	ワイヤーメッシュボトム抗菌粉体塗装
	メインフレームの材質	鋼板および鋼管抗菌粉体塗装
	サイドモールの材質	PVC成型品
最大使用者体重／安全使用荷重		1350N (138kg) /1700N (174kg)
背上げ		駆動方式：手動クランクハンドル　/　背上げ角度：0～75度 (無段階)
膝上げ		駆動方式：手動クランクハンドル　/　背上げ角度：0～45度 (無段階)

主要部のなまえとはたらき

手元スイッチ

ベッドの高さ、ボトムの角度を無段階で調節できます。
上部についているフックで定められた場所にかけてください。
※操作(動作)については、「手元スイッチ」参照してください。

☞8～9ページ参照

ヘッド・フットボード

ボードストッパーを起こして、
上に持ち上げると外れます。

☞15～16ページ参照

背ボトム

座ボトム

膝ボトム

足ボトム



電源コード

IVポール取付け穴

ＩＶポールを取り付けられます。
四隅にそれぞれ1ヶ所あります。

☞18ページ参照

ベッドサイドレール取付け穴

ベッドサイドレールなどのオプションを
取り付けられます。
片側にそれぞれ4ヶ所あります。

☞17ページ参照

トータルロックキャスター

車輪径Φ12.5cmの大型キャスターで、
ベッドを楽に旋回、搬送することができ
ます。

トータルロックペダル

キャスターのロック・解除が
簡単に4輪同時にできます。

☞11ページ参照

※イラストはSD-9090LTです

使いかた

手元スイッチ

なまえとはたらき

3モーター SD-9090LT 、SD-9090C　　**2モーター** SD-9094C



ランプ

電源プラグをコンセントに差すと緑色に点灯します。

膝ボトムの上げ下げボタン

膝ボトム(あし)の角度が調節できます。

背ボトムの上げ下げボタン

背ボトム(あたま)の角度が調節できます。

ベッドの上げ下げボタン

ベッドの高さが調節できます。

※ **3モーター** 仕様のみ

お願い

- 手元スイッチは指定の場所に掛けてください。



ヘッドボードやベッドサイドレールなどに必ず掛けてください。



Point

- 手元スイッチを押してもベッドが動かないときは、「故障かな？と思ったら」を参照して点検してください。 ☞21 ページ参照
  それでも直らない場合は、販売店にご連絡ください。
- モーターの連続使用時間は2分までです。2分以上の連続使用はおこなわないでください。
  続けて使用する場合は十分に時間をおいて使用してください。

お願い

- お子さまや操作が理解できないと思われる方がおひとりで手元スイッチにふれる可能性がある場合には、電源プラグをその都度コンセントから抜いて誤操作による事故を未然に防いでください。
- 手元スイッチは防水仕様ですが、むやみに水やジュースをこぼすと、感電、事故、破損の原因となります。
  万一、液体がかかってしまった場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

操作のしかた

●手元スイッチのボタンでベッドの背ボトム、膝ボトム、ベッドの高さを無段階に調節できます。ボタンを押すと動き、離すとその位置で止まります。必要な位置まで動かしてお使いください。

●背上げについて

●ベッドから起き上がるとき
●ベッドでの読書やテレビ鑑賞に便利



■背ボトムの角度を調節できます。
背ボトムは、水平から最大75度まで調節できます。

●膝上げについて

●背上げをおこなう場合に便利
●からだに負担をかけない



■膝ボトムの角度を調節できます。
膝ボトムは、水平から最大45度まで調節できます。
※背上げをおこなう場合、先に膝ボトムを上げておくと体のずれが少なくなります。
※からだに負担がかからないように調節します。



●高さ調節について

対象品番　SD-9090LT 、SD-9090C

●乗り降りのときに高さを調節
●検診などしやすい高さに調節するのに便利
●ベッドの下や周辺を掃除するときに便利



■ベッドの高さを調節できます。
床からボトムまでの高さを35～65cm間で調節できます。

3モーター 仕様のみ

ご注意

●手元スイッチを使用しない操作については、「コンパクト収納ハンドル」を参照してください。
☞13ページ参照

警告

●ベッドに乗り降りする場合は乗り降りしやすい高さにベッドを調節し、座ボトムに腰かけてからおこなってください。
他のボトムから乗り降りすると、ケガや故障のおそれがあります。特に背ボトム、足ボトムだけに荷重をかけると大変危険です。

電源部・アクチュエーター部

モーターシステムの構成



グリーンランプについて

●電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、グリーンランプが点灯します。

Point

電源コードのプラグを差し込んでも グリーンランプが消えているときは

●故障の可能性がありますのでベッドの使用をすぐにやめ、販売店にご連絡ください。

（電源ボックス裏側）



注 意

●使用電源は100V以外では使用しないでください。
●電源コードのプラグは確実にコンセントに差し込んでください。電源部のグリーンランプが点灯しているか確認してください。
●ボトムが上がりきる、または下がりきった時に手元スイッチのボタンを押しつづけると過電流がかかり回路が遮断され作動しなくなります。
●電源部の半導体が破損し、事故の原因になります。手元スイッチのボタンを押したまま電源コードのプラグを抜かないでください。
●バッテリーが内蔵されていますが、停電や災害、緊急時用です。普段バッテリーだけでの使用は避けてください。
●ヒューズカバーは開けないでください。交換の際は販売店に連絡してください。

キャスター

トータルロックキャスター

- キャスターのロック操作は、ベッドのフット側下部にあるロックキャスターの操作ペダルを使用します。
- 操作ペダルを踏むことによって、キャスターの首振りと回転が4輪同時にロックされます。

対象品番	SD-9090LT



（ベッドを上から見た図）

ライトウェイロック

- 操作ペダルの操作でキャスターのロックと解除が可能です。



対角ロックキャスター

●対角ロックキャスターのストッパーペダルは、ヘッド・フットボード側より向かって右側にあります。

対象品番	SD-9090C 、SD-9094C 、SD-9096C



（ベッドを上から見た図）

ロックする



ストッパーペダルを踏み込みます。

ロック解除する



ストッパーペダルを押し上げます。

警 告

事故、破損、ケガをします。

- ●移動する際は必ずストッパーペダルを押し上げ、ロックを解除しておこなってください。
- ●ベッド設置後は必ずストッパーペダルを踏みこんでロックしてください。
- ●キャスターがロックされた状態でベッドを無理に動かすと、故障の原因となりますので、絶対におこなわないでください。

コンパクト収納ハンドル

■「背上げ」・「膝上げ」を専用のハンドルで操作することができます。

※「背上げ」・「膝上げ」の機能について ☞9ページ参照

対象品番	SD-9096C



特 徴
- ハンドルはベッド本体に折りたたんで収納できますので、ベッド移動やベッド周りでの看護作業に邪魔になることはありません。
- ハンドルを収納すると不用意にギャッチ機構が動く心配がありません。

操作のしかた

1 ハンドルを引き出す

①ハンドル全体を手前に引き出します。
②折りたたみハンドルを倒します。



2 ハンドルを回す

折りたたみハンドルをしっかり握って
矢印の方向に回します。
右回しで上がり、左回しで下がります。



警 告

事故、破損、ケガをします。

- 足を引っ掛けたり転倒の可能性があるので、使用後は必ずハンドルを収納してください。
- 背ボトム、膝ボトムの高さが上がりきる、また下がりきるとそれ以上回転しませんので回さないでください。
- ハンドルを操作するときは、必ずキャスターのロックをしてください。

足ボトムの角度調節

■足ボトムの角度を調整することができます。

足ボトムの保持金具を、手動で操作することにより３段階の角度に調整することができます。

操作のしかた

1 膝ボトムをあげる

①手元スイッチを使用する機種 ☞８ページ参照

②コンパクト収納ハンドルを使用する機種 ☞13ページ参照



2 角度を調節する

通常、足ボトムの保持金具は①の位置にあります。
保持金具を②または③の位置に変更して調節してください。



注 意

事故、破損、ケガをします。

- 足ボトムを水平の状態にするときは、足ボトムを①の位置にしてから操作してください。
- 患者さんが寝たままで足ボトムの角度を調節する場合は、ベッドの両側から二人でおこなってください。足ボトムとメインフレームのあいだに挟まれてケガをするおそれがあります。

ヘッド・フットボードの着脱

■ヘッド・フットボードは取り外すことができます。



特 徴
- 頭部治療、挿管などの際にはヘッドボードを取り外すことが可能です。
- 下肢治療、下肢訓練などの際には、フットボードを取り外すことが可能です。

着脱のしかた

取り外しかた

1 ロックを解除する

ストッパーレバーを矢印の向きに動かしてロックを解除します。





2 ヘッド・フットボードを取り外す

ヘッド・フットボードを両手で
持ち、真上に取り外します。



取り付けかた

1 ヘッド・フットボードを取り付ける

ボード取付金具が本体の2本のボード取付ピンに引っ掛かるように取り付けます。





2 ロックする

ストッパーレバーを矢印の向きに動かしてロックします。





注 意

事故、破損、ケガをします。

- ヘッド・フットボードの取り付け、取り外しの際は、手や指などを挟まないように注意してください。
- ヘッド・フットボードの取り付けの際は、ボード取付け金具の溝が本体のボード取付けピンにきちんとはまり込んでいるか確認してください。
- 装着後はストッパーレバーを必ずかけてください。不用意にボードが外れるおそれがあります。
- ヘッド・フットボードには腰を掛けたり寄りかかったり無理な荷重をかけないでください。

オプション

ベッドサイドレール

●ベッド両側のベッドサイドレール取付け穴を利用してベッドサイドレールなどのオプションを使用できます。



※イラスト中のベッドサイドレールはK-1121です。

取り付けかた

1 ベッドサイドレールを取り付ける

(　　)で囲んだそれぞれのベッドサイドレール取付け穴を使用して、1本のベッドサイドレールを奥まで差し込みます。



注 意

ベッドサイドレールには方向性があります。図のように正しい向きでご使用ください。



収納のしかた

フットボードと足ボトムの間にベッドサイドレールの収納ホルダーを設けています。
使用しないときはここに1セット(2本)収納できます。
※図はフットボードを外した状態です。



ベッドサイドレール

SD-9000シリーズに取り付けることができるサイドレールの種類は下表のとおりです。

ベッドサイドレール	
品番	K-1121

ＩVポール

●ベッド本体にあるＩVポール取付け穴にＩVポールを取り付けることができます。



警 告

● ＩVポールを差し込んだままでＩVポールを持っての移動はしないでください。

スライドテーブル

スライドテーブル	AB-1115

前後に移動させるとき

1 ノブ1をゆるめる

反対側のノブも同様にゆるめます。

2 支柱パイプをスライドさせる

支柱パイプの上方をしっかり持ち、AまたはB方向の所定の位置までスライドさせます。

3 ノブ1をしめる

ノブ1をしっかりとしめ込み、固定します。
反対側のノブも同様にしめます。



上下に昇降させるとき

1 ノブ2をゆるめる

反対側のノブも同様にゆるめます。

2 スライドテーブルの高さを調整する

スライドテーブルを上・下方向の所定の高さに調整します。

3 ノブ2をしめる

ノブ2をしっかりとしめ込み、固定します。
反対側のノブも同様にしめます。



- スライドテーブルを上下するときは、スライダーを固定し、位置決め穴に合わせてノブ2をしめ付けてください。
- 作業は必ず二人でおこなってください。



警 告

事故、破損、ケガをします。

- スライドテーブルを持ってのベッド移動は避けてください。
- スライドテーブルを使用する際には、手や足などを挟まないように注意してください。
- スライドテーブルに寄りかかったり、無理な荷重をかけないでください。

記帳台付きフットボード

記帳台付きフットボード	AB-1116

記帳台を使用するとき

1 **記帳台を持ち上げる**

記帳台の下方を持ち、矢印方向に持ち上げます。（ロックがかかります）



記帳台を使用しないとき

1 **記帳台を倒す**

ロック解除レバーを上に上げながら、記帳台を立てるように矢印の方向に倒します。



警 告

事故、破損、ケガをします。

- 記帳台を持ってのベッド移動は避けてください。
- 記帳台を回転させる際には、手や足などを挟まないように注意してください。
- 記帳台に寄りかかったり、無理な荷重をかけないでください。

マットレス

MB-2511SS・MB-2510SS・MB-4511SS　ダブルウェーブマットレス

- 腰をかけたとき、手をついたときの沈み込みが少なく、安定性と体圧分散性に優れています。
- 独自のダブルウェーブ構造によりベッドの動きに合わせてしなやかに曲がります。
- 体圧を維持する適度な硬さと長時間の使用にもへたりがありません。
- 通気性、通水性があるので、カビや雑菌などが繁殖しにくく、清潔さを保てます。
- 上下、裏表の区別はありません。
- 側地は、防水性で清拭消毒等が可能です。（MB-4511SSに限る）

注 意

事故、破損をします。

- このベッドには、必ず弊社製のマットレスを組み合わせてご使用ください。他社製のマットレスは、寸法や折れ曲がりの点で、適合しないだけでなく、ベッドに負担をかけ故障の原因になります。

日常のお手入れ

■拭き掃除をする場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞っておこなってください。

■その後、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

■洗浄液を使用する場合は下記の薬品を指定の濃度に薄めてご使用ください。

塩化ベンザルコニウム液(オスバン)	0.05%～0.2%
塩化ベンゼトニウム液(ハイアミン)	0.05%～0.2%
クロルヘキシジン液(ヒビデン)	0.05%

警 告

事故、破損、ケガをします

●事故を防止するため、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

警 告

必ず水で薄めた中性洗剤を使うこと

●揮発性のもの（シンナー、アルコール、ベンジン、アセトン、クレゾール）などは絶対に使用しないこと。本体が変色したり、塗装がはげたりします。

故障かな?と思ったら

■故障でない場合がありますので、修理を依頼される前に以下の項目をチェックしてください。
それでも直らない場合は、ベッドの使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜き販売店に修理をご依頼ください。

症　状	チェック	処　置
電源ボックスのランプが消えている	コンセントに電源はきていますか？	コンセントに他の電気機器のプラグを差し込んで、電気がきているか確認してください。
	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
手元スイッチのランプが点灯しない	―	「電源ボックスのランプが消えている」の項目を確認してください。
	手元スイッチのコネクターが電源ボックスから外れていませんか？	手元スイッチのコネクターを差し込んでください。 ☞10ページ参照
電源プラグが差し込まれているが、ベッドが動かない	ベッド周辺、可動部に障害物がありませんか？	障害物を取り除いてください。
ベッドの移動ができない	キャスターがロックされていませんか？	キャスターのロックを解除してください。 ☞11～12ページ参照
ボードが外れない	ボードのストッパーレバーがロックされていませんか？	ボードストッパーをフリーの状態にしてください。 ☞15ページ参照

長期保管について

■ベッドの高さを最低位置まで下ろしてください。
■背ボトム、膝ボトムを水平の位置まで下ろしてください。
■ベッドの上にはマットレス以外のものを載せないでください。
■マットレスの上には何も載せないでください。（マットレスの上に物を乗せたままにしますとマットレスが変形する場合がありますのでおやめください。）
■必ず電源プラグをコンセントから抜き、電源コードは破損しないよう束ねてください。
■立て掛けたり、横倒しにしないでください。
■高温、多湿、ホコリの多い場所での保管は避けてください。
■取扱説明書は大切に保管してください。

アフターサービス

■サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読みください。それでも異常のある場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

保証期間中

①品名・品番
②お買い上げ日
③故障・異常内容（詳しく）
④施設名・ご氏名・ご住所・電話番号

保証期間が過ぎているとき

お買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

■このベッドには保証書を添付しています。［販売日・購入日］などの記入事項をよくお読みいただき、大切に保管してください。
■保証期間は、お買い上げから1ヶ年間です。
■弊社では、ベッドの補修部品（商品の機能を維持する部品）の最低保有期間を製造打ち切り後6年としております。
■アフターサービスについてご不明な点がございましたら、お買い上げ販売店にご相談ください。

1.保証書

この医療用ベッドには保証書を添付しています。「販売店・購入日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

故障した際は、お買い上げ販売店もしくはメーカーまでご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

●品名、品番　●故障・異常の内容（できるだけ詳しく）　●お買い上げ日　●病院・施設名、お名前、ご住所、電話番号

■修理を依頼される前に

サービスを依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読みください。それでも異常のある場合は、お買い上げ販売店もしくはメーカーにご相談ください。

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは、下記の保証書をご覧ください。

3.アフターサービスについてご不明な点

お買い上げの販売店もしくはメーカーまでお問い合わせください。

保証書

品名／品番	SD-9000シリーズベッド	保証期間	お買い上げより1ヵ年間
お客様	お名前 〒 住所 TEL	販売店	お買い上げ日　　年　月　日 販売店名 住所 TEL

1.1年間の保証期間に取扱説明書に従った正常な使用状況で故障した場合には、無償修理致します。

2.保証期間内でも次の場合は有償になります。

①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損がある場合。
②お買い上げ後の落下による事故および破損。
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧による故障および破損。
④本書の提示がないもの。
⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

3.本書は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

4.本書は再発行いたしませんので紛失しないようご注意ください。

販売店の方へのお願い　お買い上げ日および貴店名、住所、電話番号を記入、捺印したうえでお客様にお渡しください。

修理・お取り扱いお手入れなどのご相談は、
まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

10月1日は 福祉用具の日

カスタマーサポートお問い合わせ窓口 ▶▶▶ **FreeCall 0120-20-1001**（無料 ツーワ）

シーホネンス株式会社　【大阪本社】〒537-0001 大阪市東成区深江北3-10-17 TEL 06-6973-3471

©2010 SEAHONENCE INC.（シーホネンス株式会社）All Rights Reserved.

2010.05.10